

¡Mi prueba de COVID-19 está a punto de vencer!

Mire la fecha de vencimiento de esta prueba.

Cómo encontrar la línea de control

1 Cómo debería verse la prueba al abrir la caja.



2 Agregue la muestra líquida. Debería aparecer una línea de control. Si no aparece, deseche la prueba.



*El tiempo varía dependiendo de la marca de la prueba COVID-19

3 Si es positivo, la línea de prueba aparecerá en unos 10 - 30* minutos. Los resultados positivos pueden aparecer en un color fuerte o débil.



¡Puede confiar en los resultados si le sale positivo!

Es muy poco probable que se produzca un falso positivo.

Puede utilizar una prueba que ya ha vencido siempre y cuando la línea de control esté funcionando.

ver. 07.24.24_Spanish



Para obtener más información sobre las pruebas de COVID-19, llame a la línea telefónica designada del ACPHD al 510-577-7080 o visite [covid-19.acgov.org/testing](https://www.acphd.org/testing)

¡Mi prueba de COVID-19 está a punto de vencer!

Mire la fecha de vencimiento de esta prueba.

Cómo encontrar la línea de control

1 Cómo debería verse la prueba al abrir la caja.



2 Agregue la muestra líquida. Debería aparecer una línea de control. Si no aparece, deseche la prueba.



*El tiempo varía dependiendo de la marca de la prueba COVID-19

3 Si es positivo, la línea de prueba aparecerá en unos 15 - 30* minutos. Los resultados positivos pueden aparecer en un color fuerte o débil.



¡Puede confiar en los resultados si le sale positivo!

Es muy poco probable que se produzca un falso positivo.

Puede utilizar una prueba que ya ha vencido siempre y cuando la línea de control esté funcionando.

ver. 07.24.24_Spanish



Para obtener más información sobre las pruebas de COVID-19, llame a la línea telefónica designada del ACPHD al 510-577-7080 o visite [covid-19.acgov.org/testing](https://www.acphd.org/testing)